



Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
KRS 0000057996 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
NIP 679-20-26-141

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 1/2012**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie łóżek szpitalnych.

### **Treść pytania:**

*„1. Czy Zamawiający dopuści produkty innych firm niż RehaBed, w przeciwnym wypadku jest to złamanie zasad uczciwej konkurencji co jest niezgodne z prawem Zamówień Publicznych?”*

### **Odpowiedź:**

Tak.

### **Treść pytania:**

*„2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające zewnętrzne siłowniki zabudowane płytą MDF zamiast HDF? Parametr ten nie pogarsza właściwości użytkowych jak i wizualnych produktu”*

### **Odpowiedź:**

Tak.

### **Treść pytania:**

*„3. Czy Zamawiający wymaga aby łóżko posiadało leże z elektryczną regulacją w zakresie od 40 do 80 cm. Parametr ten jest korzystniejszy dla personelu ponieważ przy regulacji wysokości leża jedynie do 60 cm osoba opiekująca się może w pozycji wyprostowanej, nie obciążającej kręgosłupa wykonywać wszystkie czynności pielęgnacyjne. Parametr ten nie pogarsza również właściwości użytkowych dla pacjenta. Wysokość leża 20 cm od podłoża jest zbyt niska i pacjent ma utrudnione wyjście z łóżka z powodu włączenia się do układu ruchowego większej partii mięśni, a tym samym spowodowanie większego obciążenia dla pacjenta. Ponadto zgodnie z normą europejską dolny parametr wysokości leża nie powinien być niższy niż 40 cm?”*

### **Odpowiedź:**

Nie wymaga.



Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Krakowie  
30-663 Kraków, ul. Wielicka 267  
tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76  
<http://www.zol.krakow.pl>  
KRS 0000057996 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  
NIP 679-20-26-141

**Treść pytania:**

*„4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone w pojedyncze koła antystatyczne z blokadą indywidualną jazdy i obrotu o średnicy 100 mm? Parametr ten nie pogarsza właściwości jezdnych łóżka.”*

**Odpowiedź:**

Nie.

**Treść pytania:**

*„5. Czy Zamawiający wymaga aby sterowanie elektryczne dokonywane było za pomocą pilota przewodowego z możliwością selektywnej blokady funkcji łóżka? Jest to parametr korzystniejszy od oczekiwanego ponieważ umożliwia zablokowanie funkcji, z których pacjent nie może/nie powinien korzystać.”*

**Odpowiedź:**

Nie wymaga.

**Treść pytania:**

*„6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka, w których funkcja anty-Trendelenburga, segment oparcia pleców, uda oraz regulacja wysokości dokonywana jest za pomocą siłowników elektrycznych?”*

**Odpowiedź:**

Tak.

**Treść pytania:**

*„7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z maksymalnym obciążeniem 185 kg? Jest to parametr różniący się od oczekiwanego jedynie o 5 kg”*

**Odpowiedź:**

Tak.

**Treść pytania:**

*„8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka wyposażone we wskaźnik wizualny zablokowania, odblokowania funkcji łóżka nie będący wskaźnikiem diodowym?”*

**Odpowiedź:**

Nie.